

Bürkle GmbH

Rheinauenstr. 5 | 79415 Bad Bellingen
Telefon +49 7635 6121-0
info@buerkle.de
www.buerkle.de

Pumpen | Probenehmer | Laborbedarf
für Labor, Industrie und Wissenschaft

Pumps | Sampling | Plastic Labware
for Laboratory, Industry, Science



Gebrauchsanleitung

Directions for use | Instrucciones para el uso | Instruction d'emploi | Инструкция по пользованию



Art.-Nr. 5354-5010

Tiefenkescher

Depth catch net

Red de profundidad

Puisette en profondeur

Сеть для сбора с глубины

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

- ▶ Diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen.
- ▶ Diese Gebrauchsanleitung für alle Benutzer zugänglich aufbewahren.
- ▶ Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung löst die Garantiebedingungen für das Produkt und kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
- ▶ Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal benutzt werden.

Sicherheitshinweise vor Gebrauch

- ▶ Herstellerangaben und Sicherheitshinweise des zu beprobenden Mediums beachten.
- ▶ Bei der Beprobung von Gefahrgut die technischen Regeln für Gefahrstoffe (gemäß TRGS) beachten und angemessene Schutzausrüstung tragen.
- ▶ Das Gerät nur im Rahmen der Materialbeständigkeit und bestimmungsgemäß verwenden. Jede andere Art der Verwendung wirkt sich auf Gewährleistung/ Garantie aus.

WARNUNG!

Schädigung der Atemwege und anderer Organe durch austretende oder ausgasende Medien.

- ▶ Bei Beprobung von Gefahrgut Sicherheitsdatenblatt des zu beprobenden Mediums beachten.
- ▶ Angemessene Schutzausrüstung tragen.

- ▶ Das Gerät ist nur zu Probenahmezwecken und nicht zum Dauereinsatz geeignet.
- ▶ Das Gerät nur bei angemessenen Witterungsverhältnissen verwenden.
- ▶ Das Gerät nicht in zugefrorenen/angefrorenen Gewässern verwenden.
- ▶ Das Gerät nur mit der menschlichen Kraft einer Person bedienen.
- ▶ Probenahmebereich vor der Verwendung absichern (auf Menschen, Gegenstände, Schiffe, bewegliche Teile etc. achten).
- ▶ Bei der Bedienung nie Gewalt anwenden.

HINWEIS!

Vor Gebrauch muss der Artikel im Umfang ihres (validierten) Reinigungsprozesses gereinigt werden.

- ▶ Maßnahmen der manuellen Reinigung müssen im Reinigungs-/Desinfektionsbereich und unter Beachtung des Arbeitsschutzes durchgeführt werden.
- ▶ Materialbeständigkeit beachten.

Sicherheitshinweise während und nach Gebrauch

- ▶ Das Gerät ist temperaturbeständig von 5 - 60 °C.
- ▶ Während der Verwendung auf ausreichend Platz achten: Radius der Teleskopstange mit Werkzeug + 50 cm.
- ▶ Während der Verwendung nur hebende und senkende sowie leichte seitliche Bewegungen ausführen.


Aufbau und Funktion

- ▶ Das Gerät besteht aus PVC und PA.
- ▶ Das Gerät ist zur Probenahme von Feststoffen und Organismen aus Gewässern geeignet (Maschenweite: 2 - 5 mm).
- ▶ Das Gerät ist nicht für die Probenahme von Schüttgütern geeignet.
- ▶ Das Gerät ist zur Verwendung mit den im Zubehör angegebenen Teleskopstangen geeignet.
- ▶ Keine anderen Aufsätze als die im Zubehör angegebenen Werkzeuge verwenden.
- ▶ Das Gerät ist wartungsfrei.

Medium berührende Teile

- ▶ PVC
- ▶ PA
- ▶ Aluminium (Teleskopstange)
- ▶ Verzinkter Stahl (Schnappverbindung)

Montage

1. Kescher mit Hilfe der Schnappverbindung  an der Teleskopstange befestigen.

VORSICHT!

Bewegliche Teile am Gerät. Quetschgefahr.

- ▶ Schnappverbindung beim Anschließen des Werkzeuges vorsichtig bedienen.

2. Schraubverbindungen an der Teleskopstange lösen.
3. Teleskopstange auf gewünschte Länge ausziehen.
4. Schraubverbindungen an der Teleskopstange mit Handkraft anziehen.

Sichere Probenahme

WARNUNG!

Rutsch- und Sturzgefahr auf feuchtem oder glattem Boden.

- ▶ Auf ausreichend Halt und Standsicherheit achten.

! WARNUNG!

Bruch während der Probenahme.

- ▶ Kescher nicht zu stark belasten.
- ▶ Vor der Verwendung Sichtkontrolle auf Materialermüdung (Risse etc.) durchführen.
- ▶ Sitz des Werkzeuges vor der Verwendung überprüfen (Schnappverbindung muss in beide Bohrungen eingerastet sein).

VORSICHT!

Verbiegen oder Bruch der Teleskopstange.

- ▶ Keine Hebelbewegungen ausführen.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes Umschwingen des Gerätes bzw. der Teleskopstange.

- ▶ Auf ausreichend Platz während der Verwendung achten (Radius der Teleskopstange mit Werkzeug + 50 cm).
- ▶ Gerät für den Transport demontieren.

1. Probe mit Hilfe des Keschers entnehmen.
2. Probe in geeigneten Auffangbehälter entleeren.
3. Kescher von der Teleskopstange abnehmen.
4. Gerät reinigen.

Zubehör

| Typ | Spezifikation | Anzahl | Artikel-Nr. |
|-----------------------|---------------|--------|-------------|
| Teleskopstange | 65 - 120 cm | 1 | 5355-0120 |
| Teleskopstange | 70 - 180 cm | 1 | 5355-0180 |
| Teleskopstange | 125 - 250 cm | 1 | 5355-0250 |
| Teleskopstange | 95 - 280 cm | 1 | 5355-0280 |
| Teleskopstange | 115 - 300 cm | 1 | 5355-0300 |
| Teleskopstange | 165 - 450 cm | 1 | 5355-0450 |
| Teleskopstange | 175 - 600 cm | 1 | 5355-0600 |
| Schöpfer Winkelbecher | 600 ml | 1 | 5354-0050 |
| Schöpfer Winkelbecher | 1000 ml | 1 | 5354-0100 |
| Schöpfer Winkelbecher | 2000 ml | 1 | 5354-0200 |
| Pendelbecher PP | 600 ml | 1 | 5354-5050 |
| Pendelbecher PP | 1000 ml | 1 | 5354-5100 |
| Pendelbecher PP | 2000 ml | 1 | 5354-5200 |
| Pendelbecher V2A | 1000 ml | 1 | 5354-3000 |
| Flaschenhalter | 750 ml | 1 | 5354-4100 |
| Becher Edelstahl | 1000 ml | 1 | 5354-2000 |
| Oberflächenkescher | 130 x 280 mm | 1 | 5354-5020 |

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.buerkle.de

General safety requirements

- ▶ Read these directions for use carefully before using.
- ▶ Keep these directions for use where they will be accessible for all users.
- ▶ Failure to comply with the directions for use shall render all warranty conditions null and void and may lead to personal injury and material damage.
- ▶ The instrument must only be used by qualified skilled employees.

Safety instructions before using

- ▶ Follow the manufacturer's instructions and safety instructions of the medium you are sampling.
- ▶ When sampling hazardous substances, follow the technical rules on hazardous substances (in accordance with TRGS – (German) Technical Rules on Hazardous Substances) and wear appropriate protective equipment.
- ▶ The instrument must only be used within the confines of applicable material resistance and for its designated purpose. Any other type of use will affect the warranty/guarantee.

WARNING!

Damage to the respiratory tract and other organs due to escaping or outgassing media.

- ▶ When sampling hazardous substances, follow the safety data sheet of the medium to be sampled.
 - ▶ Wear the appropriate protective clothing.
- ▶ The instrument is only suitable to take samples and not for continuous operation.
 - ▶ Only use the instrument under adequate weather conditions.
 - ▶ Do not use the instrument in frozen watercourses.
 - ▶ Operate the instrument only with the human power of a person.
 - ▶ Secure the sampling area before sampling (pay attention to humans, objects, ships, moving parts etc.).
 - ▶ Do not use any force when operating the instrument.

NOTE!

Before using, the instrument has to be cleaned to the extent of your (validated) cleaning process.

- ▶ Measures of manual cleaning have to be carried out in the cleaning/desinfection area and under consideration of occupational health and safety.
- ▶ Pay attention to the material resistance.

Safety instructions during and after use

- ▶ The instrument is temperature-resistant from 5 to 60 °C.
- ▶ Pay attention to have sufficient space during use: Radius of the telescopic rod with attached tool + 50 cm.
- ▶ Only perform lifting, lowering and slight lateral movements during use.

Layout and function

- ▶ The instrument is made of PVC and PA.
- ▶ The instrument is suitable to take solid and organic samples from water courses (Mesh width: 2 - 5 mm).
- ▶ The instrument is not suitable to take samples of bulk goods.
- ▶ The instrument is suitable for use with the telescopic rods specified in the accessories.
- ▶ Do not use any other tools than those specified in the accessories.
- ▶ The instrument is maintenance-free.

Parts in contact with medium

- ▶ PVC
- ▶ PA
- ▶ Aluminium (telescopic rod)
- ▶ Galvanised steel (snap-in joint)

Assembly

1. Connect the catch net to the telescopic rod using the snap-in joint ①.

CAUTION!

Moving parts on the instrument. Risk of crushing.

- ▶ Carefully operate the snap connection when connecting the tool.
2. Loosen screw connections of telescopic rod.
 3. Extend the telescopic rod to the desired length.
 4. Tighten the screw connections of telescopic rod by hand.

Safe sampling

WARNING!

Risk of slipping and falling due to wet or smooth floor.

- ▶ Ensure to have enough support and stability.

⚠ WARNING!

Breakage during sampling.

- ▶ Do not overload the catch net.
- ▶ Perform a visual check for material fatigue (cracks etc.) before sampling.
- ▶ Ensure that the tool is attached correctly before use (the snap-in joint has to be locked in both holes).

CAUTION!

Deformation or breakage of the telescopic rod.

- ▶ Do not perform any lever movements.

CAUTION!

Bodily injury due to uncontrolled swinging around of the instrument and the telescopic rod.

- ▶ Pay attention to have sufficient space during use: Radius of the telescopic rod with attached tool + 50 cm.
- ▶ Disassemble the instrument for transport.

1. Take the sample using the catch net.
2. Empty the sample into a suitable collecting container.
3. Remove the catch net from the telescopic rod.
4. Clean the instrument.

Accessories

| Type | Specification | Number | Item No. |
|--------------------------|---------------|--------|-----------|
| Telescopic rod | 65 - 120 cm | 1 | 5355-0120 |
| Telescopic rod | 70 - 180 cm | 1 | 5355-0180 |
| Telescopic rod | 125 - 250 cm | 1 | 5355-0250 |
| Telescopic rod | 95 - 280 cm | 1 | 5355-0280 |
| Telescopic rod | 115 - 300 cm | 1 | 5355-0300 |
| Telescopic rod | 165 - 450 cm | 1 | 5355-0450 |
| Telescopic rod | 175 - 600 cm | 1 | 5355-0600 |
| Scoop angular beaker | 600 ml | 1 | 5354-0050 |
| Scoop angular beaker | 1000 ml | 1 | 5354-0100 |
| Scoop angular beaker | 2000 ml | 1 | 5354-0200 |
| Pendulum beaker PP | 600 ml | 1 | 5354-5050 |
| Pendulum beaker PP | 1000 ml | 1 | 5354-5100 |
| Pendulum beaker PP | 2000 ml | 1 | 5354-5200 |
| Pendulum beaker AISI 304 | 1000 ml | 1 | 5354-3000 |
| Bottle holder | 750 ml | 1 | 5354-4100 |
| Stainless steel beaker | 1000 ml | 1 | 5354-2000 |
| Surface catch net | 310 x 280 mm | 1 | 5354-5020 |

More accessories can be found at www.buerkle.de

Normas de seguridad generales

- ▶ Lea detenidamente este manual de uso antes de utilizar el aparato.
- ▶ Guarde el manual de uso en un lugar accesible para todos los usuarios.
- ▶ El incumplimiento del manual de uso invalidará las condiciones de garantía del producto y puede provocar daños materiales y lesiones personales graves.
- ▶ El aparato únicamente debe ser utilizado por personal especializado cualificado.

Indicaciones de seguridad previas al uso del aparato

- ▶ Respete las especificaciones y las indicaciones de seguridad del fabricante de la sustancia de la que se quiere tomar la muestra.
- ▶ Al trabajar con sustancias explosivas respete la reglamentación técnica para líquidos inflamables (según TRBF) y utilice el equipo de protección adecuado.
- ▶ El aparato únicamente se debe utilizar respetando la resistencia de los materiales y el uso previsto. Cualquier otro tipo de uso invalidará la garantía.



¡ADVERTENCIA!

Los vapores de las sustancias pueden provocar daños en las vías respiratorias y en otros órganos.

- ▶ Durante el manejo de sustancias peligrosas, siga las instrucciones de la ficha de seguridad del producto.
 - ▶ Utilice el equipo de protección adecuado.
- ▶ El aparato solo es adecuado para la toma de muestras y no para una utilización continua.
 - ▶ Utilice el dispositivo sólomente en condiciones climáticas adecuadas.
 - ▶ No utilice el dispositivo en aguas congeladas.
 - ▶ Aplique únicamente la fuerza humana al utilizar el dispositivo.
 - ▶ Asegure la zona para la toma de muestras con antelación (preste atención a las personas, objetos, barcos, piezas móviles, etc.).
 - ▶ No utilice la fuerza durante el manejo del aparato.

¡NOTA!

Antes de utilizar, limpiar el aparato según el protocolo de validación de limpieza establecido.

- ▶ Las medidas de limpieza manual, han de ser llevadas a cabo en las zonas de limpieza/desinfección y teniendo en consideración las reglas de seguridad y salud en el trabajo.
- ▶ Tener en cuenta las resistencias químicas.

Indicaciones de seguridad durante y después de utilizar el aparato

- ▶ El dispositivo es resistente a temperaturas de entre 5 y 60 °C.
- ▶ Asegúrese de tener el espacio suficiente durante la aplicación: Radio de la barra con el accesorio + 50 cm.
- ▶ Durante la utilización, realizar solamente movimientos ligeros laterales, hacia arriba y/o abajo.

Diseño y funcionamiento

- ▶ El dispositivo está hecho de PVC y PA.
- ▶ El dispositivo es adecuado para tomar muestras de sustancias sólidas y organismos en aguas (tamaño de la malla 2-5 mm).
- ▶ El dispositivo no es adecuado para tomar muestras de productos a granel.
- ▶ El dispositivo es adecuado para el uso con la barra telescópica indicada en los accesorios.
- ▶ No utilice otros accesorios o herramientas que no estén especificados en los accesorios.
- ▶ El aparato no requiere mantenimiento.

Piezas en contacto con el medio

- ▶ PVC
- ▶ PA
- ▶ Aluminio (pértiga telescópica)
- ▶ Acero galvanizado (acople conexión rápida)

Montaje

1. Acople la red a la pertiga telescópica usando el acople de conexión rápida ①.

¡PRECAUCIÓN!

El instrumento contiene partes móviles. Riesgo de aplastamiento.

- ▶ Conecte el accesorio a través del acople de conexión rápida con precaución.
2. Afloje los tornillos de conexión de la pertiga telescópica.
 3. Extienda la barra telescópica a la altura deseada.
 4. Apriete el tornillo de conexión de la pertiga telescópica con la mano.

Toma de muestras segura

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de resbalar y caer a causa del suelo mojado.

- ▶ Asegúrese de tener el suficiente soporte y estabilidad.

¡ADVERTENCIA!

Ruptura durante el muestreo.

- ▶ No sobrecarge la red.
- ▶ Antes de usar, realice una inspección visual de los posibles defectos que el material pueda presentar (grietas, etc.).
- ▶ Asegúrese de que el accesorio está conectado correctamente antes de usar (el acople de conexión rápida tiene que estar perfectamente encajado en los dos orificios).

¡PRECAUCIÓN!

Deformación o ruptura de la pértiga telescópica.

- ▶ No realice ningún movimiento de palanca.

¡PRECAUCIÓN!

Lesiones corporales debido a la oscilación no controlada del dispositivo y de las barras de extensión.

- ▶ Asegúrese de tener el espacio suficiente durante la aplicación: Radio de la barra con el accesorio + 50 cm.
- ▶ Desmonte el instrumento para el transporte.

1. Tome la muestra con la ayuda de la red.
2. Vacíe la muestra en un recipiente adecuado.
3. Desconecte la red de la pértiga telescópica.
4. Limpie el instrumento.

Accesorios

| Tipo | Especificación | Cantidad | Referencia |
|--------------------------|----------------|----------|------------|
| Pértiga telescópica | 65 - 120 cm | 1 | 5355-0120 |
| Pértiga telescópica | 70 - 180 cm | 1 | 5355-0180 |
| Pértiga telescópica | 125 - 250 cm | 1 | 5355-0250 |
| Pértiga telescópica | 95 - 280 cm | 1 | 5355-0280 |
| Pértiga telescópica | 115 - 300 cm | 1 | 5355-0300 |
| Pértiga telescópica | 165 - 450 cm | 1 | 5355-0450 |
| Pértiga telescópica | 175 - 600 cm | 1 | 5355-0600 |
| Vaso angular de cuchara | 600 ml | 1 | 5354-0050 |
| Vaso angular de cuchara | 1000 ml | 1 | 5354-0100 |
| Vaso angular de cuchara | 2000 ml | 1 | 5354-0200 |
| Vaso pendular de PP | 600 ml | 1 | 5354-5050 |
| Vaso pendular de PP | 1000 ml | 1 | 5354-5100 |
| Vaso pendular de PP | 2000 ml | 1 | 5354-5200 |
| Vaso pendular de V2A | 1000 ml | 1 | 5354-3000 |
| Portabotellas | 750 ml | 1 | 5354-4100 |
| Vaso de acero inoxidable | 1000 ml | 1 | 5354-2000 |
| Surface catch net | 310 x 280 mm | 1 | 5354-5020 |

Encontrará más accesorios en www.buerkle.de

Dispositions de sécurité générales

- ▶ Lire attentivement les présentes instructions de service avant utilisation.
- ▶ Conserver les présentes instructions de service à portée de main pour tous les utilisateurs.
- ▶ Un non-respect des instructions de service rend caduque les conditions de garantie pour le produit et peut avoir pour conséquence des blessures et des dommages matériels graves.
- ▶ Seul un personnel compétent qualifié est habilité à utiliser l'appareil.

Consignes de sécurité avant l'utilisation

- ▶ Respecter les indications du fabricant et les consignes de sécurité du milieu à contrôler.
- ▶ Lors du prélèvement de matières dangereuses, respecter les règles techniques pour les substances dangereuses (selon TRGS) et porter un équipement de protection approprié.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans le cadre de la résistance du matériau et conformément à la destination. Tout autre type d'utilisation affecte la garantie légale/commerciale.

AVERTISSEMENT!

Atteinte des voies respiratoires et d'autres organes par des vapeurs ou des liquides qui s'échappent.

- ▶ Lors du prélèvement de matières dangereuses, respecter la fiche de données de sécurité du milieu à échantillonner.
 - ▶ Porter un équipement de protection approprié.
- ▶ L'appareil est seulement approprié pour le prélèvement et n'est pas approprié pour une utilisation en continu.
 - ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des conditions climatiques raisonnables.
 - ▶ Ne pas utiliser l'appareil dans des eaux gelées.
 - ▶ Utiliser l'appareil uniquement avec la puissance humaine d'une personne.
 - ▶ Sécuriser la zone d'échantillonnage avant l'utilisation (faire attention aux personnes, objets, navires, pièces mobiles, etc.).
 - ▶ N'employez pas la manière forte pendant la commande de l'appareil.

REMARQUE!

Avant l'utilisation, l'appareil doit être nettoyée selon la conformité de votre processus de nettoyage validé.

- ▶ Des mesures de nettoyage manuel doivent être effectuées dans la zone de nettoyage/désinfection et en respectant les consignes de sécurité du travail.
- ▶ Respecter les résistances chimiques.

Consignes de sécurité pendant et après utilisation

- ▶ L'appareil est résistant aux températures de 5 à 60 °C.
- ▶ Assurer qu'il y a assez d'espace pendant l'utilisation: Rayon de la tige télescopique avec l'outil + 50 cm.
- ▶ Exécuter seulement des mouvements de montée et descente et légèrement latéraux pendant l'utilisation.

Structure et fonction

- ▶ L'appareil est en PVC et PA.
- ▶ L'appareil est approprié pour le prélèvement de matières solides et d'organismes des plans d'eau (Maillage: 2 - 5 mm).
- ▶ L'appareil n'est pas approprié pour le prélèvement de produits en vrac.
- ▶ L'appareil est approprié pour l'utilisation avec les tiges télescopiques précisées dans les accessoires.
- ▶ Ne pas utiliser d'autres accessoires que les outils précisés dans les accessoires.
- ▶ L'appareil est sans entretien.

Pièces en contact avec le milieu

- ▶ PVC
- ▶ PA
- ▶ Aluminium (tige télescopique)
- ▶ Acier galvanisé (liaison par encliquetage)

Montage

1. Fixer l'époussette avec la liaison par encliquetage ① sur la tige télescopique.

ATTENTION!

Pièces mobiles sur l'appareil. Risque d'écrasement.

- ▶ Fixer l'outil avec précaution avec la liaison par encliquetage.

2. Desserrer les raccords à vis sur la tige télescopique.
3. Rallonger la tige télescopique à la longueur désirée.
4. Serrer les raccords à vis sur la tige télescopique à la main.

Prélèvement d'échantillons sûr

AVERTISSEMENT!

Risque de dérapage et de chute à cause du sol humide ou lisse.

- ▶ Veiller à ce que vous ayez assez de support et de stabilité.

AVERTISSEMENT!

Rupture pendant le prélèvement.

- ▶ Ne pas trop charger l'époussette.
- ▶ Exécuter une inspection visuelle des défauts matériels (fissures etc.) avant l'utilisation.
- ▶ Vérifier que l'outil est attaché correctement avant l'utilisation (liaison par encliquetage doit être encliquetée dans les deux trous).

ATTENTION!

Torsion ou rupture de la tige télescopique.

- ▶ Ne pas faire des mouvements de levier.

ATTENTION!

Danger de blessure corporelle par des balancements incontrôlés de l'appareil et de la tige télescopique.

- ▶ Assurer qu'il y a assez d'espace pendant l'utilisation: Rayon de la tige télescopique avec l'outil + 50 cm.
- ▶ Démontez l'appareil pour le transport.

1. Prélèver l'échantillon à l'aide de l'époussette.
2. Vider l'échantillon dans un collecteur approprié.
3. Enlever l'époussette de la tige télescopique.
4. Nettoyer l'appareil.

Accessoires

| Type | Spécification | Nombre | Réf. art. |
|---------------------------------|---------------|--------|-----------|
| Tige télescopique | 65 - 120 cm | 1 | 5355-0120 |
| Tige télescopique | 70 - 180 cm | 1 | 5355-0180 |
| Tige télescopique | 125 - 250 cm | 1 | 5355-0250 |
| Tige télescopique | 95 - 280 cm | 1 | 5355-0280 |
| Tige télescopique | 115 - 300 cm | 1 | 5355-0300 |
| Tige télescopique | 165 - 450 cm | 1 | 5355-0450 |
| Tige télescopique | 175 - 600 cm | 1 | 5355-0600 |
| Puisard bécher à angle variable | 600 ml | 1 | 5354-0050 |
| Puisard bécher à angle variable | 1000 ml | 1 | 5354-0100 |
| Puisard bécher à angle variable | 2000 ml | 1 | 5354-0200 |
| Bécher sur balancier PP | 600 ml | 1 | 5354-5050 |
| Bécher sur balancier PP | 1000 ml | 1 | 5354-5100 |
| Bécher sur balancier PP | 2000 ml | 1 | 5354-5200 |
| Bécher sur balancier V2A | 1000 ml | 1 | 5354-3000 |
| Porte-flacons | 750 ml | 1 | 5354-4100 |
| Bécher inox | 1000 ml | 1 | 5354-2000 |
| Epoussette de surface | 310 x 280 mm | 1 | 5354-5020 |

D'autres accessoires sont disponibles sous www.buerkle.de

Общие положения о технике безопасности

- ▶ Перед применением внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- ▶ Храните эту инструкцию по эксплуатации в месте, доступном для всех пользователей.
- ▶ Несоблюдение требований инструкции по эксплуатации влечёт за собой аннулирование гарантийных условий в отношении изделия и может стать причиной значительного травматизма и материального ущерба.
- ▶ Этот прибор разрешается использовать только квалифицированному персоналу.

Указания по технике безопасности перед началом эксплуатации

- ▶ Принимайте во внимание данные производителя и указания по технике безопасности в отношении тестируемого материала.
- ▶ При работе с опасными веществами необходимо соблюдать технические правила для горючих жидкостей (согласно ТПГЖ) и пользоваться соответствующими средствами защиты.
- ▶ Применяйте прибор только с учётом прочности материала и разрешённого назначения. Любой иной вид использования влечёт за собой соответствующие последствия для гарантийных обязательств.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Повреждение дыхательных путей и др. внутренних органов при воздействии газообразных субстанций.

- ▶ При работе с опасными веществами, необходимо принимать во внимание паспорт безопасности среды из которой берётся проба.
- ▶ Пользуйтесь соответствующими средствами индивидуальной защиты.
- ▶ Устройство предназначено только для отбора проб, а не для непрерывного использования.
- ▶ Используйте устройство только при соответствующих погодных условиях.
- ▶ Не используйте устройство в замерзшей воде.
- ▶ Пользуйтесь устройством вручную с применением силы одного человека.
- ▶ Перед использованием обеспечьте безопасность на территории проведения пробоотбора (обратите внимание на людей и движущиеся объекты).
- ▶ При эксплуатации никогда не применяйте силу.

УКАЗАНИЕ!

Перед использованием продукт должен быть очищен в соответствии с требованиями вашего (валидированного) процесса очистки.

- ▶ Ручная очистка должна проводиться в зоне очистки/дезинфекции и в соответствии с соблюдением правил охраны труда.
- ▶ Принимайте во внимание химическую устойчивость материалов.

Правила техники безопасности при использовании и после использования прибора

- ▶ Устройство устойчиво к воздействию температур от 5 до 60 °С.
- ▶ Обеспечьте достаточное пространство во время использования: Радиус телескопического штока с инструментом + 50 см.
- ▶ Во время использования выполняйте только подъемные, опускающие а также умеренные боковые движения.

Конструкция и принцип действия

- ▶ Устройство изготовлено из ПВХ и ПА.
- ▶ Устройство подходит для отбора из воды твердых частиц и организмов (размер ячейки: 2 - 5 мм).
- ▶ Устройство не подходит для отбора проб сыпучих материалов.
- ▶ Устройство подходит для использования с переносными принадлежностями телескопическими штоками.
- ▶ Не используйте другие насадки, кроме тех, которые перечислены в принадлежностях.
- ▶ Прибор не требует технического обслуживания.

Контактирующие со средой детали

- ▶ ПВХ
- ▶ ПА
- ▶ Алюминий (Телескопический шток)
- ▶ Оцинкованная сталь (зажим-защёлка)

Монтаж

1. Прикрепите сачок к телескопическому штоку с помощью зажима-защёлки ①.

ОСТОРОЖНО!

Подвижные части устройства. Опасность сдавливания.

- ▶ При соединении инструмента осторожно пользуйтесь зажимом-защёлкой.

- Ослабьте резьбовые соединения на телескопическом штоке.
- Раздвиньте телескопический шток до нужной длины.
- Затягивайте резьбовые соединения на телескопическом штоке вручную.

Безопасный отбор проб

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Опасность скольжения и падения на мокрой или скользкой поверхности.

- Обеспечьте достаточную устойчивость и стабильность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Излом во время пробоотбора.

- Не подвергайте сачок слишком сильной нагрузке.
- Перед использованием визуально проверьте материал на износ (трещины и т.д.).
- Перед использованием проверьте позицию инструмента (зажим-защёлка должен попасть в оба отверстия).

ОСТОРОЖНО!

Изгиб или излом телескопического штока.

- При использовании не делайте движений под сгибом.

ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования вследствие неконтролируемого раскачивания устройства с удлинительным штоком.

- Обеспечьте достаточное пространство во время использования: Радиус телескопического штока с инструментом + 50 см.
- Разберите устройство для транспортировки.

- Выполните пробоотбор с помощью сачка.
- Высыпите образец в подходящий контейнер.
- Снимите сачок с телескопического штока.
- Очистите прибор.


Аксессуары

| Тип | Спецификация | Количество | № артикула |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Телескопический шток | 65 - 120 см | 1 | 5355-0120 |
| Телескопический шток | 70 - 180 см | 1 | 5355-0180 |
| Телескопический шток | 125 - 250 см | 1 | 5355-0250 |
| Телескопический шток | 95 - 280 см | 1 | 5355-0280 |
| Телескопический шток | 115 - 300 см | 1 | 5355-0300 |
| Телескопический шток | 165 - 450 см | 1 | 5355-0450 |
| Телескопический шток | 175 - 600 см | 1 | 5355-0600 |
| Черпак, наклонный стакан | 600 ml | 1 | 5354-0050 |
| Черпак, наклонный стакан | 1000 ml | 1 | 5354-0100 |
| Черпак, наклонный стакан | 2000 ml | 1 | 5354-0200 |
| Маятниковый стакан, ПП | 600 мл | 1 | 5354-5050 |
| Маятниковый стакан, ПП | 1000 мл | 1 | 5354-5100 |
| Маятниковый стакан, ПП | 2000 мл | 1 | 5354-5200 |
| Маятниковый стакан, V2A | 1000 мл | 1 | 5354-3000 |
| Держатель для бутылей | 750 мл | 1 | 5354-4100 |
| Стакан из высококачественной стали | 1000 мл | 1 | 5354-2000 |
| Сеть для сбора с поверхности | 310 x 280 мм | 1 | 5354-5020 |

Дополнительные аксессуары Вы можете найти на сайте www.buerkle.de

Detailgrafik

Detailed diagram | Imagen detallada | Graphique détaillé | Детальное изображение



| Nr. | Deutsch | English | Español | Français | Русский |
|-----|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| ① | Schnappverbindung | Snap-in joint | Acople de conexión rápida | Liaison par encliquetage | Зажим-защёлка |
| ② | Kescher | Catch net | Red | Épuisette | Сачок |
| ③ | Teleskopstange | Telescopic rod | Pértiga telescópica | Tige télescopique | Телескопический шток |